Stand:06_2022-V6

SCHNITZLER®
Rettungsprodukte GmbH & Co.KG

Gebrauchsanweisung

Duo-Umlagerungsauflagen mit und ohne Aussparungen für CT-/MRT-Kopfschalen

SCHNITZLER
Rettungsprodukte GmbH & Co. KG

Ihr Spezialist für individuelle Rettungs- und Patientensysteme
Rudolf-Diesel-Straße 7 • D-53859 Niederkassel-Mondorf
Tel: +49 (0)228 971 18 97 • Telefax +49 (0)228 971 18 99
E-Mail: info@schnitzler-rettungsprodukte.de
Web: www.schnitzler-rettungsprodukte.de

CE

Duo-Auflagen, 2-teilig zur Patientenumlagerung mit Gleitfunktion

Oberauflage mit 8 Griffschlaufen, Unterauflage mit Seiten- und Fußfixierung

Art.-Nr.	bevorzugter Einsatz auf:	L: 190 cm	L: 205 cm	B: 64 cm	B: 72 cm	Unter-auflage 4 cm	Unter-auflage 6 cm	Ober-auflage 4 cm	Ausschnitt für CT- und MRT-Kopfschale
KHD188-60-8 (vormals **KHD192-65-8**)	Wissner-Bosserhoff	L:188 cm		B:60 cm		●			
KHD190-64-8	Standard-stretcher	●		●		●		●	
KHD190-64-8-CT	Standard-stretcher	●		●		●		●	●
KHD190-64-10	Standard-stretcher	●		●			●	●	
KHD190-64-10-CT	Standard-stretcher	●		●			●	●	●
KHD190-72-8	Standard-stretcher	●			●	●		●	
KHD190-72-8-CT	Standard-stretcher	●			●	●		●	●
KHD190-72-10	Standard-stretcher	●			●		●	●	
KHD190-72-10-CT	Standard-stretcher	●			●		●	●	●
KHD205-72-8	U-Shape/ Fluoroskopie		●		●	●		●	
KHD205-72-8-CT	U-Shape/ Fluoroskopie		●		●	●		●	●

Technische Daten:

Oberauflage - Oberseite: Kunstleder Unterseite: PVC-Planstoff 680 g/qm + Gleitmaterial
Unterauflage - Oberseite: PVC-Planstoff 680 g/qm Unterseite: PVC-Planstoff 600 g/qm
Schaumstofffüllung: Weichschaum

Made in Germany - Ein Qualitätsprodukt aus dem Rheinland

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um eine Duo-Umlagerungsauflage mit integrierter Patienten-Umlagerungsfunktion.
Hersteller des Produkts ist die Firma Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG.
Das Produkt wird vorwiegend in Notaufnahmen, im Röntgen- und MRT/CT- Bereich auf Standard-, U-Shape- oder Fluoroskopy-Stretcher sämtlicher Hersteller als Patientenauflage eingesetzt.
Die Duo-Umlagerungsauflage ist 2-teilig und besteht aus einer Unter- und einer Oberauflage. Ober- und Unterauflage sind einseitig jeweils mit einem hochgleitfähigem Außenmaterial gefertigt. Die Oberauflage ist zusätzlich mit 8 Griffschlaufen ausgestattet.
Diese Materialkombination ermöglicht ein für den Patienten und das Krankenhauspersonal schonendes Umlagern des Patienten, da der Patient während der Umlagerung z.B. auf den Röntgentisch auf der Oberaulage verbleiben kann.
Empf. max. Patientengewicht: 200 kg. (bei Verteilung des Zuggewichts auf 4 Schlaufen)
Die Duo-Umlagerungsauflage ist mit insgesamt 4 Seitenfixierungen und einer Fußfixierung versehen. Dadurch wird die Oberauflage auf der der Patient liegend transportiert wird gegen Verrutschen gesichert. (Fortsetzung s. nächste Seite)

SCHNITZLER
Rettungsprodukte GmbH & Co. KG

Ihr Spezialist für individuelle Rettungs- und Patientensysteme
Rudolf-Diesel-Straße 7 • D-53859 Niederkassel-Mondorf
Tel: +49 (0)228 971 18 97 • Telefax +49 (0)228 971 18 99
E-Mail: info@schnitzler-rettungsprodukte.de
Web: www.schnitzler-rettungsprodukte.de

Optional ist die Oberauflage mit zusätzlichen Ausschnitten im Kopfbereich erhältlich. Diese Aussparungen sind kompatibel mit MRT-/ CT-Kopfschalen. Die Duo-Umlagerungsauflagen entsprechen den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.
Für einen ordnungsgemäßen Gebrauch ist die vorliegende Gebrauchsanweisung zu beachten.

Zulässige Einsatzorte:

Das Produkt wird in Krankenhäusern eingesetzt.

Zulässige Betriebsbedingungen:

- ☐ Sowohl während des Betriebs als auch für die Aufbewahrung sollen Temperaturen von -30°C bis +50°C nicht dauerhaft über- bzw. unterschritten werden. (Dauerhaft heißt: ununterbrochene Lagerung oder Einsatz über mehr als 24 Stunden außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs) Für diesen Fall ist **vor dem nächsten Einsatz** eine Funktionsprüfung des Produkts durchzuführen.
- ☐ Für die Lebensdauer werden 5 Jahre empfohlen.
- ☐ empf. max. Verweildauer auf der Duo-Umlagerungsauflage: 4-5 Std. negative Effekte bei längeren Verweilzeiten sind uns nicht bekannt

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Es sind keine bestehenden Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen bei Einhaltung der Hinweise aus der Gebrauchsanweisung bekannt.

Reinigungs- und Desinfektionshinweise:

- ☐ Zur Reinigung wird die Verwendung einer einfachen Seifenlösung empfohlen.
- ☐ Für eine spezielle Desinfektion nur handelsübliche Desinfektionsmittel verwenden Vom Hersteller als unbedenklich eingestuft werden:
  Dismozon plus, Bacillol 30, Kohrsolin extra, Mikrobac forte
- ☐ Kein Wasserstoffperoxid (H2O2) verwenden
- ☐ Desinfektionsmittel nur gemäß den Vorgaben des jeweiligen Herstellers verwenden, bei Überdosierung wird keine Haftung für Schäden am Material übernommen.

⚠ Wartungshinweise:

- ☐ **Bei erkennbaren Beschädigungen der Duo- Umlagerungsauflage darf diese nicht weiterverwendet werden.**
  Vor einem weiteren Einsatz muss diese instandgesetzt werden.
- ☐ Kleinere Beschädigungen, insbesondere am Obermaterial der Duo-Umlagerungsauflagen, können mit dem SCHNITZLER Reparaturset (Art.- Nr.: KH604) eigenständig ausgeführt werden. Nach Beendigung der Reparatur muss überprüft werden, ob die vollständige Funktionstüchtigkeit wieder hergestellt ist. Bei nicht erfolgreicher Reparatur oder größeren Beschädigungen muss die Auflage zur ordnungsgemäßen Instandsetzung, im desinfizierten Zustand, zu uns gesendet werden.
- ☐ Das Produkt ist zum Wiedereinsatz geeignet. Nach Beendigung eines Einsatzes ist das Produkt zu pflegen (siehe Abschnitt Reinigungs- und Desinfektionshinweise) und auf äußerlich erkennbare Schäden zu kontrollieren. **Dabei müssen insbesondere die Seiten- und Fußfixierungen und die Griffschlaufen auf Beschädigungen hin überprüft werden.**
  Weist die Auflage keine Beschädigungen auf, ist diese zum Wiedereinsatz bereit.

SCHNITZLER
Rettungsprodukte GmbH & Co. KG

Ihr Spezialist für individuelle Rettungs- und Patientensysteme
Rudolf-Diesel-Straße 7 • D-53859 Niederkassel-Mondorf
Tel: +49 (0)228 971 18 97 • Telefax +49 (0)228 971 18 99
E-Mail: info@schnitzler-rettungsprodukte.de
Web: www.schnitzler-rettungsprodukte.de

Anwendungshinweise für Duo-Umlagerungsauflagen

ohne Aussparungen für CT-/MRT-Kopfschale

mit Aussparungen für CT-/MRT-Kopfschale

Patient auf Duo-Umlagerungsauflage auflegen

Zum „**Entriegeln**" der Oberauflage Seitenfixierungen an der Unterauflage, wie dargestellt, **einhaken und arretieren**

Über die Griffschlaufen mittels Zug und Schub den Patienten auf der Oberauflage auf den Behandlungstisch **schonend** umlagern-bei adipösen Patienten wird die Verteilung auf der Zugseite auf alle 4 Griffschlaufen empfohlen

Rücklagerung des auf der Oberauflage verbliebenen Patienten der Oberauflage, zurück auf die Unterauflage, in gleicher Weise vornehmen. Während des Weitertransports werden die **arretierten Seitenfixierungen wieder gelöst, so dass die Oberauflage gegen Verrutschen gesichert ist.**

SCHNITZLER
Rettungsprodukte GmbH & Co. KG

Ihr Spezialist für individuelle Rettungs- und Patientensysteme
Rudolf-Diesel-Straße 7 • D-53859 Niederkassel-Mondorf
Tel: +49 (0)228 971 18 97 • Telefax +49 (0)228 971 18 99
E-Mail: info@schnitzler-rettungsprodukte.de
Web: www.schnitzler-rettungsprodukte.de